

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT CURATIVO

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFISICO
KCS	10237610132	4075018	2977680

2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Kit curativo descartável para auxiliar na limpeza de feridas, aplicação de curativos e/ou outros procedimentos.

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 pinça kelly reto, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento;
- 1 pinça anatômica, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento;
- 1 pinça dente-de-rato, fabricada em liga metálica, com 140 mm de comprimento, com dentes de 3mm sobrepostos em sua porção distal;
- 1 campo para cobertura de mesa, SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m<sup>2</sup> com 40 cm x 40 cm de comprimento.

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
KCS	Estéril em ETO	Bandeja rígida de papel grau cirúrgico e filme de plástico	Peça	5	75

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de limpeza de feridas e aplicação de curativo.

### 7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.



## DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira