



## CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: [www.cirurgicabrasil.com.br](http://www.cirurgicabrasil.com.br) - e-mail: [irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br](mailto:irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br)

### LAUDO TÉCNICO

**PRODUTO:** SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL TAYLOR®

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650021

**REGRA 2 - CLASSE DE RISCO II**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada em tubo atóxico de poliuretano (PU)

Linha radiopaca para RX

Comprimento de 1,09 m (aprox.)

Conector superior Y de 2 saídas


Ponta atraumática

Fio guia de aço inoxidável

Peso de aço de tungstênio para os números 08/10/12

NÚMERO E COR DO Y	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO DO CONECTOR	PESO (PONTA-ATRAUMÁTICA)
6	2,0 mm	1,2 mm	2,1 mm	Não possui
8	2,7 mm	1,5 mm	2,8 mm	Possui
10	3,3 mm	2,0 mm	3,4 mm	Possui
12	4,0 mm	2,5 mm	4,1 mm	Possui

### SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL TAYLOR



*\*Imagem ilustrativa número : 08 ; 10 ou 12*

Raquel Pinto de Toledo  
Controle da Qualidade