



CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail:

irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br

LAUDO TÉCNICO

PRODUTO: SERRA DE GIGLI TAYLOR®

REGISTRO NA ANVISA MS: 10229650018

REGRA 6 - CLASSE DE RISCO II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Aço Inox ABNT
304 L – 0,35 mm
304 L – 0,20 mm

Comprimento:


30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm

Diâmetro: 1,5 mm

Carga de Ruptura: 20 Kgf

Características Químicas

RI nº	Ni	N	Cr	Si	S	P	Mn	C
110428150328	8,36	0,0456	18,26	0,48	0,009	0,045	1,81	0,02



Raquel Pinto de Toledo
Controle da Qualidade