


**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.**

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail: irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br**LAUDO TÉCNICO****PRODUTO:** Sonda Uretral Taylor® ESTÉRIL**MODELO:** Pezzer**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650041**REGRA 2 - CLASSE DE RISCO II**

Nº Tamanho	mm A	mm B	mm C	mm D
06	350	4,7	2	1,3
08	350	6,5	2,7	1,8
10	350	8	3,3	2,2
12	350	9,7	4	2,6
14	350	11,3	4,7	3,1
16	350	13	5,3	3,5
18	350	14,6	6	4
20	350	16	6,7	4,4
22	350	17,5	7,3	4,8
24	350	19,5	8	5,3
26	350	21,5	8,7	5,8
28	350	22,5	9,3	6,2
30	350	24,5	10	6,6
32	350	26	10,7	7,1
34	350	27,5	11,3	7,5
36	350	29	12	8
38	350	30,5	12,7	8,4
40	350	32,5	13,3	8,8
42	350	34	14	9,3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Material:** Látex Natural (99%)**pH:** 7,0 a 7,5**Elasticidade:** 1:7**Carga de Ruptura:** 1,8 kg/mm²**Cor:** Laranja**Odor:** Característico Borracha NaturalRaquel Pinto de Toledo
Farmacêutica Responsável
Controle de Qualidade