

Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
	Clean-Trace Luminômetro  <i>Produto não passível de registro na ANVISA</i>	Equipamento utilizado para efetuar a leitura do 3M Clean Trace ATP Superfície e Água, determinando o nível de contaminação em amostras de superfície, instrumentos cirúrgicos e líquidos coletados de artigos médicos canulados, de todos os diâmetros .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesa apenas 400g;</li> <li>• Bateria de lítio;</li> <li>• Tela de leitura com alta resolução;</li> <li>• Cabo USB e/ou serial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado para leitura do monitoramento de instrumentais médicos e superfícies com Clean-Trace ATP Superfície e Água.</li> </ul>	1 unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CME</li> <li>• Endoscopia</li> <li>• Empresas de Esterilização</li> <li>• Clínicas médicas</li> </ul>
 	3M Integrador Químico  <i>Produto não passível de registro na ANVISA</i>	<p>Indicador Químico Tipo 5 Projetado para reagir a todos os parâmetros críticos (tempo, temperatura, vapor), ao longo da faixa normal dos processos de esterilização a vapor por gravidade e com remoção dinâmica do ar.</p> <p>PCD = pacote teste desafio para monitoramento de carga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor.</li> <li>• Fácil leitura por mudança de limite: “aceito / rejeitado”.</li> </ul>	<p>Indicado para monitoramento do pacote/embalagem que será esterilizada.</p> <p>Posicionar o integrador 1243 avulso dentro de todos os pacotes a serem esterilizados.</p> <p>O PCD 41360 é indicado para monitoramento das cargas subsequentes ao monitoramento com indicador biológico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1243A Vapor , 1 caixa c/ 2 sacos c/500 unidades cada</li> <li>- 1243B Vapor, 1 caixa com 10 sacos de 100 unidades cada.</li> <li>- 41360: caixa cm 16 PCDs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CME</li> <li>• Empresas de Esterilização</li> <li>• Clínicas odontológicas</li> </ul>