


**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.**

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail: irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br**LAUDO TÉCNICO****PRODUTO:** Sonda Uretral Taylor® ESTÉRIL**MODELO:** Malecot**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650041**REGRA 2 - CLASSE DE RISCO II**

Nº Tamanho	mm A	mm B	mm C	mm D
06	420	6,6	2	1,3
08	420	9	2,7	1,8
10	420	11,2	3,3	2,2
12	420	13,5	4	2,6
14	420	15,7	4,7	3,1
16	420	18	5,3	3,5
18	420	20,2	6	4
20	420	22,5	6,7	4,4
22	420	24,7	7,3	4,8
24	420	27	8	5,3
26	420	29,7	8,7	5,8
28	420	31,5	9,3	6,2
30	420	33,7	10	6,6
32	420	36	10,7	7,1
34	420	38,2	11,3	7,5
36	420	40,5	12	8
38	420	42,7	12,7	8,4
40	420	45	13,3	8,8
42	420	47,2	14	9,3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Material:** Látex Natural (99%)**pH:** 7,0 a 7,5**Elasticidade:** 1:7**Carga de Ruptura:** 1,8 kg/mm²**Cor:** Laranja**Odor:** Característico Borracha NaturalRaquel Pinto de Toledo
Farmacêutica Responsável
Controle de Qualidade