



CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549


Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail: irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br

LAUDO TÉCNICO

PRODUTO: Dispositivo para Incontinência Urinária Uro-Control® Com Extensão

REGISTRO NA ANVISA MS: 10229650015

DESCRIÇÃO: O Dispositivo para Incontinência Urinária Uro-Control® Com Extensão é constituído por látex, tipo preservativo masculino. A elasticidade do material de que é fabricado o dispositivo molda-se anatomicamente ao membro inferior masculino, que se encaixa perfeitamente ao mesmo, impedindo o vazamento e o refluxo da urina. Apresenta parede interna lisa de espessura uniforme e parede externa lisa de espessura uniforme e resistente. Mangueira tipo extensão em PVC, transparente e atóxica, acoplada a um conector cônico em PVC, azul/transparente para adaptação em coletores de urina.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Materia-prima:

Dispositivo - Látex Natural (99%)

pH: 7 à 7,5

Elasticidade: 1:7

Carga de ruptura: 1,8 Kg/mm

Cor: Bege

Extensão - PVC (Cloro de Polivinila)

Medida: 50 cm

Cor: Transparente

Conector - PVC (Cloro de Polivinila)

Medida: 5 cm

Cor: Azul

Nº	4	5	6
A	6,0- 6,5 mm	6,0- 6,5 mm	6,0- 6,5 mm
B	22,5- 27,5 mm	22,5- 27,5 mm	22,5- 27,5 mm
C	27,5- 32,5 mm	27,5- 32,5 mm	27,5- 32,5 mm
D	0,08 - 0,1 mm	0,08 - 0,1 mm	0,08 - 0,1 mm
E	23,0 -27,0 mm	27,0 - 30,0 mm	31,0 -35,0 mm
F	80,0-90,0 mm	80,0-90,0 mm	80,0-90,0 mm
G	0,30 - 0,50 mm	0,30 - 0,50 mm	0,30 - 0,50 mm
Peso	2,1-2,4 gramas	2,5-2,8 gramas	3,1-3,4 gramas

Raquel Pinto de Toledo
Controle da Qualidade