



CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail: irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br

LAUDO TÉCNICO

PRODUTO: Tubo Cirúrgico de Silicone Taylor®

REGISTRO NA ANVISA MS: 10229650033

REGRA 1 - CLASSE DE RISCO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TAMANHO: 15 m

MATÉRIA-PRIMA: Silicone

COR: Transparente

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: biocompatível, atóxico, anti-aderente e hidrofóbico, estável a temperatura de 60°C - 250°C, reesterilizável em autoclave e/ou óxido de etileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Raquel Pinto de Toledo
Controle da Qualidade