



**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.**

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: [www.cirurgicabrasil.com.br](http://www.cirurgicabrasil.com.br) - e-mail: [irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br](mailto:irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br)

**LAUDO TÉCNICO**

**PRODUTO:** Sonda Nelaton Taylor®

**MODELO:** Uretral

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650047

**REGRA 2 - CLASSE DE RISCO II**



*\*Imagem ilustrativa*

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Material:** Borracha de Látex Natural (99%)

**Calibre:** 8 a 30 Fr

**pH:** 7,0 a 7,5

**Elasticidade:** 1:7

**Carga de Ruptura:** 1,8 kg/mm<sup>2</sup>

**Cor:** Laranja

**Odor:** Característico Borracha Natural

Raquel Pinto de Toledo  
Farmacêutica Responsável  
**Controle de Qualidade**