



## CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: [www.cirurgicabrasil.com.br](http://www.cirurgicabrasil.com.br) - e-mail: [irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br](mailto:irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br)

### CERTIFICADO DE QUALIDADE

### KIT PARA DRENAGEM LAC MEDICAL®

**PRODUTO:** Dreno Torácico Lac Medical®

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650022

**REGRA 7 - CLASSE DE RISCO II**

**PRODUTO:** Sistema de Drenagem Mediastinal/Pleural Lac Medical®

**MODELO:** 1000 mL – ESTÉRIL

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650023

**REGRA 2 - CLASSE DE RISCO II**

Características Técnicas:




Imagem:


## Dreno de Tórax **LAC MEDICAL**®

### INDICAÇÃO:

- Drenagem torácica

### COMPOSIÇÃO:

- Dreno torácico em PVC cristal atóxico de 10 a 40 com indicador radiopaco
- Embalado em papel grau cirúrgico
- Esterilizado a gás óxido de etileno



### CÓD. / PRODUTO

0775C Dreno de tórax c/ conector 10 a 40

Características Técnicas:




Imagem:

## Sistema Drenagem Mediastinal / Pleural (kit tórax) **LAC MEDICAL®**

### INDICAÇÃO:

- Coleta de secreções torácica (mediastino / pleural), Centro Cirúrgico, CTI, Emergências e Pronto Socorro

### COMPOSIÇÃO:

- Reservatório em PVC rígido atóxico 500/1000/2000ml com graduação a cada 100ml
- Extensão em PVC atóxico
- Conector em PVC rígido atóxico
- Dreno torácico em PVC cristal atóxico de 10 a 40 com indicador radiopaco
- Embalado em papel grau cirúrgico
- Esterilizado a gás óxido de etileno

### CÓD. / PRODUTO

0781-500 Somente frasco 500ml  
0781-1000 Somente frasco 1000ml  
0781-2000 Somente frasco 2000ml  
0780-500 Frasco 500ml + extensão  
0780-1000 Frasco 1000ml + extensão

### CÓD. / PRODUTO

0780-2000 Frasco 2000ml + extensão  
0773-500 Frasco 500ml + extensão + dreno  
0773-1000 Frasco 1000ml + extensão + dreno  
0773-2000 Frasco 2000ml + extensão + dreno



---

Raquel Pinto de Toledo  
Farmacêutica Responsável  
**Controle de Qualidade**