



CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: www.cirurgicabrasil.com.br - e-mail: irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br

LAUDO TÉCNICO

PRODUTO: COLCHÃO DE ESPUMA CASCA (CAIXA) DE OVO TAYLOR®

MODELO: DENSIDADE 23

REGISTRO NA ANVISA MS: 10229659013

REGRA 1 - CLASSE DE RISCO II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espuma Flexível EL 723

PROPRIEDADE	ESPECIFICAÇÃO INTERNA	RESULTADO ENCONTRADO	MÉTODO
Densidade, Kg/m ³	22	23	NBR 8537
Força de Identificação, 25%, N.	140	157	NBR 9176
Força de Identificação, 40%, N.	170	191	NBR 9176
Força de Identificação, 65%, N.	330	380	NBR 9176
Fator Conforto, %.	2,2	2,4	NBR 9176
Resiliência, %.	40	41	NBR 8619

* Laudo baseado na fonte de dados Laboratório Luckspuma.

Temperatura ambiente (23± 2)°C = 23° Umidade ambiente (50 ± 5)%=52% Equipamento / Processo: Flex	(X) APROVADO () REPROVADO
--	-------------------------------



Raquel Pinto de Toledo
Controle da Qualidade