



## **CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.**

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci - CEP: 01528-010

São Paulo – SP

Tel: (0XX11) 3207-1522 – Fax: (0XX11) 3207-8549

Site: [www.cirurgicabrasil.com.br](http://www.cirurgicabrasil.com.br) - e-mail:

[irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br](mailto:irurgicabrasil@irurgicabrasil.com.br)

### **LAUDO TÉCNICO**

**PRODUTO:** FAIXA LAMINADA DE ESMARCH TAYLOR®

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229659021 – Não Estéril

**REGISTRO NA ANVISA MS:** 10229650053 – Estéril

**REGRA 4 - CLASSE DE RISCO I**

**COR:** AMARELA ou ROSA

**MATÉRIA-PRIMA:** LÁTEX NATURAL

<b>ITEM AVALIADO</b>	<b>RESULTADO ENCONTRADO</b>
<b>PESO</b>	OK
<b>TENSÃO RUPTURA</b>	SUPERIOR 25 KG
<b>DIMENSIONAL</b>	2 m
<b>LARGURA</b>	05; 06; 08; 10; 12; 15 ou 20 cm
<b>INSPEÇÃO VISUAL</b>	OK
<b>INSPEÇÃO LÂMPADA DE NÉON/LUPA</b>	OK
<b>ASPECTO</b>	LIVRE DE FUROS E REBARBAS.

Raquel Pinto de Toledo

Controle da Qualidade