Mark Med	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO**

CATÉTER TIPO SONDA
MS 1.02078-20020

Modelos: N° 04 à N° 18								
Descrição do Produto	Tubo de PVC flexível extrusado de calibre conforme numeração da tabela:							
Comprimento	40 cm aproximadamente							
Conformação da Ponta	Fechada							
Furação	4 furos laterais para Catéteres							
Calibres	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**
Diâmetro Externo	*1,35*	*2.0*	*2,7*	*3,3*	*4,0*	*4,7*	*5,3*	*6,0*
Diâmetro Interno	*0,65*	*1,20*	*1,7*	*2,3*	*2,8*	*3,1*	*3,7*	*4,2*
Componente	**Conector:** 4/6, 8/10, 12,14,16/18 de PVC injetado							
Embalagem primária	Papel grau cirúrgico com visor transparente							
Identificação de rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC n°16: Identificação individual com n° de lote, data de Fabricação e Validade, Responsável Técnica, n° da ANVISA e código de barras.							
Aplicação	Indicado para administração de oxigênio via nasal, para auxiliar na respiração do paciente, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.							
Esterilização	Esterilizada pelo processo de Radiação Ionizante ou por Óxido de etileno, dependendo da embalagem utilizada. Validade da esterilização é de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada.							
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.							
Empilhamento	Altura máxima de 6 caixa de embarque.							
Embalagem Final	De acordo com cada calibre.							
Instruções de Uso	Para Cateter Tipo Sonda deve-se orientar o paciente para limpar as fossas nasais com lenço de papel. Desengordurar o nariz e a testa do paciente com gazes umedecidas. Elevar a ponta do nariz usando o dedo indicador da mão esquerda, segurar o cateter com a gaze seca. Medir externamente a distância entre a fossa nasal e o lóbulo da orelha e demarcar o cateter com esparadrapo. Umedecer a gaze e passar no cateter. Introduzir o cateter com mão direita em uma das narinas até a marca do esparadrapo. Fixar o esparadrapo no nariz e na testa do paciente. Abrir e regular a válvula de saída do oxigênio de acordo com prescrição, conectar o cateter ao tubo de extensão do frasco. Observar a permeabilidade do cateter e o fluxo do oxigênio periodicamente.							

Código de Barras	7898430461040	CATÉTER OXIGÊNIO N°04 – 1 UNIDADE
	7898430461057	CATÉTER OXIGÊNIO N°06 – 1 UNIDADE
	7898430461064	CATÉTER OXIGÊNIO N°08 – 1 UNIDADE
	7898430461071	CATÉTER OXIGÊNIO N°10 – 1 UNIDADE
	7898430464058	CATÉTER OXIGÊNIO N°12 – 1 UNIDADE
	7898430461088	CATÉTER OXIGÊNIO N°14 – 1 UNIDADE
	7898430461095	CATÉTER OXIGÊNIO N°16 – 1 UNIDADE
	7898430464065	CATÉTER OXIGÊNIO N°18 – 1 UNIDADE
	7898430460548	CATÉTER OXIGÊNIO N°04 C/1500 UNIDADE
	7898430460555	CATÉTER OXIGÊNIO N°06 C/1400 UNIDADE
	7898430460562	CATÉTER OXIGÊNIO N°08 C/1300 UNIDADE
	7898430460579	CATÉTER OXIGÊNIO N°10 C/1200 UNIDADE
	7898430460586	CATÉTER OXIGÊNIO N°12 C/1000 UNIDADE
	7898430460593	CATÉTER OXIGÊNIO N°14 C/900 UNIDADE
	7898430463518	CATÉTER OXIGÊNIO N°16 C/600 UNIDADE
	7898430463532	CATÉTER OXIGÊNIO N°18 C/500 UNIDADE