



Data Sheet Tubo de Ventilação 1026

Código/Revisão:
Tubo de Ventilação
1026/04

Página:
1 de 1

Produto:	Tubo de Ventilação Medicone 1026 - Paparella Nº Registro: 80020550021
Descrição:	O Tubo de Ventilação Medicone 1026 – Paparella indicado para técnica cirúrgica denominada de Timpanotomia. Possui um formato de “carretel” vazado com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação na membrana do tímpano, sendo o lado da fixação interna de maior raio com uma reentrância em “V” para facilitar a sua colocação. Possui alta resistência e é atóxico, apirogênico, não irrita e nem provoca reações alérgicas.
Indicação de Uso:	É utilizado no mau funcionamento da trompa de eustáquio, que tem como funções manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar as secreções e estabelecer comunicação com a orelha média e a rinofaringe, quando a mesma não responde a terapia convencional (medicamentos).
Composição:	Confeccionado em silicone de alta flexibilidade pigmentado na cor azul.
Apresentação:	Tem sua apresentação unitária em embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem secundária de papelão. Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.
Condições de Armazenamento e Transporte:	<ul style="list-style-type: none">• Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto;• Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.
Validade do Produto:	O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.
Vida útil:	O Tubo de Ventilação Medicone 1026 – Paparella permanecerá na membrana timpânica por um período variável de tempo, em média seis meses, podendo a critério do médico, permanecer por períodos maiores.
Esterilização:	O Tubo de Ventilação Medicone 1026 – Paparella é fornecido diretamente de fábrica esterilizado em ETO.

Elaborado:	Revisado:	Aprovado:
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Marcela Pohlmann Assistente de Qualidade I	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade