



Data Sheet Sonda 6000

Código/Revisão:
Sonda 6000/04

Página:
1 de 2

Produto:	Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone Nº Registro: 80020550062
Descrição:	A Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone é fabricada em silicone e possui tubo e ponteira distal radiopacos, com duas marcações de posicionamento. Possui conector Y em silicone que ajusta-se facilmente a todos os tipos de equipo de alimentação enteral e ponteira distal de peso, obtido pela adição de tungstênio em pó ao silicone, para facilitar a migração e sustentação da mesma no estômago/duodeno.
Indicação de Uso:	Tem seu uso indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunal em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por meio tradicional.
Composição:	A Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone é constituída por um tubo de silicone branco radiopaco, conector em “Y” na cor lilás em silicone e ponteira distal de silicone com tungstênio em pó. O fio guia de inserção é fabricado em aço inox para os modelos adulto e infantil e em nylon para o modelo pediátrico, ambos são fornecidos lubrificados a base de silicone .
Apresentação:	Tem sua apresentação unitária em embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem secundária de papelão. Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.
Especificações:	A Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone possui os seguintes modelos e tamanhos: 95601 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 06FR PEDIÁTRICA 6000 SILICONE MEDICONE - REF 6011 - Comprimento 60 cm 95602 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 08 FR INFANTIL - 6000 SILICONE MEDICONE REF 6012 - Comprimento 60 cm 95603 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 08 FR ADULTO - 6000 SILICONE MEDICONE REF 6001 - Comprimento 105 cm 95604 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 10 FR ADULTO - 6000 SILICONE MEDICONE REF 6002 - Comprimento 105 cm 95605 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12 FR ADULTO - 6000 SILICONE MEDICONE REF 6003 - Comprimento 120 cm
Condições de Armazenamento e Transporte:	• Conservar a embalagem integra e fechada até a utilização do produto; • Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.
Validade do Produto:	O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.
Vida útil:	O período de utilização da Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone no paciente, será indicado pelo médico que avaliará cada caso, porém não deverá exceder 30 dias.



Data Sheet Sonda 6000

Código/Revisão:
Sonda 6000/04

Página:
2 de 2

Esterilização: A Sonda para Alimentação Enteral 6000 Silicone Medicone é fornecida diretamente de fábrica esterilizada em ETO.

Elaborado:	Revisado:	Aprovado:
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Marcela Alves Assistente da Qualidade I	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade