

## DELTA-CAST® CONFORMABLE

### Aparelho de Imobilização Sintética de Fibra de Poliéster



Foto meramente ilustrativa

#### Descrição

Aparelho de imobilização sintética composto por substrato em tecido elástico de poliéster com malha aberta que proporciona elasticidade multidirecional (3 dimensões), impregnada por resina composta por pré polímero difenil metano diisocianato (MDI) e propilenoglicol de baixa aderência com surfactante e agente deslizante que facilita o manuseio e garante a durabilidade e resistência do aparelho imobilizador. Apresenta tempo de moldagem (aplicação) de 0 a 3 minutos, tempo de secagem de 3 a 20 minutos e rigidez completa após 20 minutos da aplicação. Devido a estrutura aberta da malha tem alta permeabilidade a vapores úmidos (MVTR) diminuindo o risco de maceração da pele, proporciona melhor conformabilidade e adaptação anatômica corporal, a resina garante durabilidade e resistência do aparelho imobilizador, reduzindo quebras e necessidade de trocas. Pode ser removido com tesoura quando confeccionado em até 2 camadas. Livre de látex. Embalado em envelopes tipo pouch de alumínio/polietileno, acondicionados em caixas com 10 unidades.

**Delta-Cast® Conformable** está disponível nas medidas descritas na tabela abaixo.

#### Apresentações

BNR	SIMPRO	BRASÍNDICE	TAMANHO	EMBALAGEM
72280-21	0276194	72280-21	Branco 5,0cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72280-22	0276195	72280-22	Branco 7,5cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72280-23	0276196	72280-23	Branco 10,0cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72280-24	0276197	72280-24	Branco 12,5cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72282-20	0276198	72282-20	Azul Escuro 5,0cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72282-21	0276199	72282-21	Azul Escuro 7,5cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72282-22	0276200	72282-22	Azul Escuro 10,0cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade
72288-12	0276206	72288-12	Preto 10,0cm X 3,6m	Cartucho com 1 unidade

Validade: 2 anos após data de fabricação

Esterilização: Não estéril

Marca: BSN medical

Fabricação: BSN Medical Inc. - Estados Unidos da América

Registro Anvisa: 10224000079

Validade do registro: Não aplicável

NCM: 30059090

Responsável Técnico: Marcos A. Marsolli – CRF/SP 22.333