# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME DO PRODUTO: SONDA FOLEY EM SILICONE – WELL LEAD**

Registro MS: 10150470484

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Sonda

Matéria Prima: 100% Silicone

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: ( X )Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

**USO ÚNICO**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Sonda Foley em Silicone Well Lead é composta em 100% silicone. Apresenta a ponta distal fechada com dois furos lateralizados, balão em silicone, linha radiopaca, válvula de insuflação adaptada para seringas LL e LS.

**INDICAÇÃO DE USO**

As sondas foley em silicone Well Lead, são indicadas para procedimentos urológicos variados, para longa permanência em pacientes, para drenagem vesical de rotina, para drenagem pós cirúrgicos ou irrigação vesical.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- Antes do procedimento, efetuar o teste como balão preenchendo com água destilada com volume correspondente, após o teste lubrifique a sonda utilizando um gel lubrificante ou gel a base de água (com ou sem anestésico);
- Usando técnica estéril, insira toda a sonda na uretra, certificando-se de que o balão fique além do colo vesical;

- Use seringa com ponta tipo LUER SLIP para encher o balão;
- Encha o balão com água destilada;
- A capacidade do balão está indicada no funil da sonda e no rótulo da embalagem.
- Não encha o balão com volume diferente do indicado;
- Assegure-se de que está funcionando bem, verificando o fluxo de urina.
- Quando aplicável prender a sonda com fixador;
- Utilizar a tampa para sonda foley por um curto período de tempo para a prevenção de infecção do trato urinário;
- Antes de retirar a sonda, esvazie o balão utilizando uma seringa Luer adequada;
- Com auxílio da seringa, aspirar com suavidade para remover o líquido de enchimento do balão. Não aspire excessivamente durante o esvaziamento, pois pode causar um colapso do lúmen o que pode prejudicar a drenagem normal.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| FOTO |
| --- |
|  |

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BALÃO |
| --- | --- | --- |
| 122.10.602 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 6 Ch | 3 ml |
| 122.10.803 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 8 Ch | 3 ~ 5 ml |
| 122.11.003 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 10 Ch | 3 ~ 5 ml |

| | | |
|---|---|---|
| 123.11.204 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 12 Ch | 5 ml |
| 123.11.404 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 14 Ch | 5 ml |
| 123.11.604 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 16 Ch | 5 ml |
| 123.11.804 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias –18 Ch | 5 ml |
| 123.12.004 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 20 Ch | 5 ml |
| 123.12.204 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 22 Ch | 5 ml |
| 123.12.404 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 24 Ch | 5 ml |
| 123.11.211 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 12 Ch | 30 ml |
| 123.11.411 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 14 Ch | 30 ml |
| 123.11.611 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 16 Ch | 30 ml |
| 123.11.811 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 18 Ch | 30 ml |
| 123.12.011 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 20 Ch | 30 ml |
| 123.12.211 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 22 Ch | 30 ml |
| 123.12.411 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 24 Ch | 30 ml |
| 123.12.611 | Sonda Foley em Silicone 2 Vias – 26 Ch | 30 ml |
| 124.11.611 | Sonda Foley em Silicone 3 Vias – 16 Ch | 30 ml |
| 124.11.811 | Sonda Foley em Silicone 3 Vias – 18 Ch | 30 ml |
| 124.12.011 | Sonda Foley em Silicone 3 Vias – 20 Ch | 30 ml |
| 124.12.211 | Sonda Foley em Silicone 3 Vias – 22 Ch | 30 ml |
| 124.12.411 | Sonda Foley em Silicone 3 Vias – 24 Ch | 30 ml |

## FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 10 unidades.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, arejado, longe da umidade e calor excessivo e ao abrigo da luz solar.

## PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilizar se embalagem danificada;
- A inflação ou deflação deve ser testada antes de ser utilizado;
- O produto é destinado ao uso por médicos treinados e técnica asséptica;

- Caso o balão não inflar, consulte a embalagem unitária exterior ou funil de cateter para a capacidade de balão;
- Encher o balão com água destilada estéril;
- Não use pomada e lubrificantes a base de petróleo. Use o silicone ou lubrificantes solúveis em água;
- Não use agulha para inflar o balão, use uma seringa luer;
- Não utilizar após a data de validade;
- Uso único;
- Proibido reprocessar;
- Seguir normas nacionais de descarte para resíduos biológicos.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259