Modelo	Características

SACT720 - SACO PARA AMOSTRA ESTÉRIL 720ML COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO CX/500



Sacos de amostragem estéreis, que fornecem uma amostragem segura, livre de contaminantes;
Livre de DNAse, RNAse e de pirogênios;
Utilizados para amostragem ambiental (amostras de superfície), pesquisa biomédica e farmacêutica, procedimentos de garantia de qualidade, aplicações na indústria de alimentos e medicina clínica e veterinária;
Desenvolvidos especialmente para coleta de amostras liquidas e sólidas.
Forma econômica e eficiente para coletar, acondicionar e transportar amostras;
Fabricado em polietileno virgem de alta resistência;
Sem emendas laterais o que garante uma alta resistência;
Abertura ampla da parte superior, facilitando a introdução da amostra;
Possui dois arames redondos para fechamento do saco de amostra;
Com tarja de marcação;

Volume = 720 ML
Medida: 229x140 mm
Diâmetro do fio: 0,5 mm
Espessura: 70 micras

ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.

Instruções de uso - Válidas para todos os modelos.

1 - Rasgue a parte de cima do saco ao longo da perfuração.
2 - Use as guias dos lados para abrir o saco. Algumas vezes um pequeno puxão na parte de baixo do saco ajuda a abri-lo completamente.
2 - Coloque a amostra no saco. Deixe espaço suficiente na parte superior para fechar.
4 - Puxe as pontas do fio para fechar o saco. Segurando o saco pelas pontas do fio, gire o saco três vezes para formar uma vedação à prova de vazamento.
5 - Sacos maiores podem ser fechados "dobrando" a guia da forma mais apertada possível.
6 - Dobre as pontas do fio sobre o saco para completar o fechamento.
Registro(s) MS: ISENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA
Rua San José 305 - Parque Industrial San José - Cotia - SP - Brasil - Cep: 06715-862
Contatos: (11) 3454 7000 ou (11) 2712 7000 vendas@cralplast.com.br cralplast.com.br