

PRODUTO: Catéter Percutâneo Mono Lúmen com Introdutor Standard (PICC)

PRODUTO:	Catéter Percutâneo Mono Lúmen com Introdutor Standard (PICC)
CÓDIGO	5011
CADASTRO/REGISTRO ANVISA	81158510033
CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)	IV
	5011.19.50-1
	5011.02.30-1
MODELO COMERCIAIS	5011.03.50-1
	5011.04.65-1
	5011.05.65-1

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

- ✓ 01 - Cateter percutâneo mono lúmen em silicone grau médico e radiopaco.
- ✓ 01 - Garrote em silicone;
- ✓ 01 - Conector intermitente Luer Lock em policarbonato e silicone (segurança);
- ✓ 01 - Pinça metálica em aço inox;
- ✓ 01 - Fita métrica em papel;
- ✓ 01 - Introdutor modelo Standard com agulha em aço inoxidável e cateter radiopaco;
- ✓ 01 - Prolongador com conector luer lock em PVC com tampa e clamp ocluser;

2. INDICAÇÃO DE USO

O Cateter Percutâneo Mono Lúmen com Introdutor Standard (PICC) trata-se de um cateter venoso central, destinado para acesso venoso de longo prazo (superior a 30 dias) por via periférica, através de punção venosa, indicado para infusão de nutrição parenteral, soluções hipermolares, soluções intravenosas em pacientes neonatais, lactantes e pediátricos que necessitem de tratamento parenteral prolongado, pacientes com enterocolite necrosante, pacientes internados em unidades de terapia intensiva, pacientes com alterações metabólicas, pacientes submetidos a cirurgias e que passaram por longos períodos em jejum.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	CATETER					INTRODUTOR	
	CALIBRE (Fr)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPRIMENTO (cm)	LÚMEN	CATETER (Fr)	AGULHA (GA)
5011.19.50-1	1,9	0,60	0,28	50	1	2,0	22
5011.02.30-1	2,0	0,62	0,30	30	1	2,0	22
5011.03.50-1	3,0	1,00	0,50	50	1	3,0	19
5011.04.65-1	4,0	1,40	0,75	65	1	4,0	17
5011.05.65-1	5,0	1,70	0,80	65	1	5,0	15

PRODUTO: Catéter Percutâneo Mono Lúmen com Introduutor Standard (PICC)

4. IMAGEM GRÁFICA



Imagem gráfica representativa do produto

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em blister PET virgem (politereftalato de etileno) com filme laminado liso PET+PP, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno.

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.