

PRODUTO: Catéter Umbilical

PRODUTO:	Catéter Umbilical
CÓDIGO	5002
CADASTRO/REGISTRO ANVISA	81158510008
CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)	II
	5002.25
	5002.35
MODELO COMERCIAIS	5002.40
	5002.50
	5002.60

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Catéter de poliuretano;
2. Conector fêmea luer lock de PVC;
3. Tampa macho luer lock em ABS;
4. Capa protetora em polietileno;

2. INDICAÇÃO DE USO


O cateter umbilical é indicado para uso arterial em pacientes neonatais que necessitam de internação prolongada em Unidades de Terapia Intensiva. Recém-nascidos de baixo peso, prematuros extremo, pacientes que requerem extrações sanguíneas frequentes, pacientes com bilirrubinemia e que requerem exsanguíneo transfusão.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código	Fr	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Comprimento (mm)
5002.25	2,5	0,80	0,40	305
5002.35	3,5	1,15	0,60	410
5002.40	4,0	1,40	0,78	410
5002.50	5,0	1,60	0,80	410
5002.60	6,0	2,00	1,00	410

PRODUTO: Catéter Umbilical

4. IMAGEM GRÁFICA



5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.