

PRODUTO: Catéter Umbilical Duplo Lúmen

PRODUTO:	Catéter Umbilical Duplo Lúmen
CÓDIGO	5001
CADASTRO/REGISTRO ANVISA	81158510027
CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)	III
MODELO COMERCIAIS	5001-35-2
	5001-50-2

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Catéter de poliuretano grau médico radiopaco
2. Conector fêmea luer lock de PVC;
3. Tampa macho luer lock em polipropileno;
4. Clamp aberto azul e branco e ABS
5. Capa protetora em polietileno de alta densidade;

2. INDICAÇÃO DE USO


O produto é indicado para acesso vascular via veia do cordão umbilical de neonatos. Podendo ser utilizado para nutrição parental, infusão endovenosa de líquidos, drogas, sangue e seus derivados. Pode também ser utilizado para retiradas frequentes de amostras de sangue para exames laboratoriais.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código	Fr	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Comprimento (mm)
5001-35-2	3,5	1,30	0,43	380
5001-50-2	5,0	1,75	0,61	380

4. IMAGEM GRÁFICA

PRODUTO: Catéter Umbilical Duplo Lúmen



5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.