




Modelo: EV-HART® AIR FILTRO 15 MICRA

Aplicação do Produto :

Equipo macrogotas com câmara flexível, entrada de ar e filtro 15 micra para administração para soluções endovenosas.

Desenho do produto :



FAMÍLIA: EQUIPO ENDOVENOSO
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 10104480046
Equipo de Infusão NBR ISO 8536-4

Ficha Técnica :

Composição do Produto

- 1 **Protetor do Penetrador** adequado para garantir a esterilidade do produto.
- 2 **Penetrador com entrada de ar** e filtro hidrófugo / bacteriológico (2a) com tampa protetora, para adaptação em ampolas / bolsas plásticas e frascos.
- 3 **Câmara Flexível** Cristal em material atóxico, grau médico e com gotejador para 20 gotas = 1ml.
3a Complemento:
Filtro de partícula de 15 micra.
- 4 **Tubo Flexível Cristal**, isento de látex, livre de DEHP, atóxico grau médico com alta transparência, flexibilidade e diâmetro uniforme.
- 5 **Pinça Rolete** de alta precisão, com corta fluxo para manutenção da taxa de gotejamento programada e descanso para tubo.
- 6 **Luva Spin Lock Reversível** utilizada para travar o conector ao ponto de infusão.
- 7 **Intermediário Luer Tubo Macho** em material cristal com cone de 6% para permitir uma conexão perfeita aos cones fêmeas dos dispositivos de infusão conforme ABNT NBR ISO 80369-7.
- 8 **Protetor do Intermediário** adequado para garantir a esterilidade do produto.

Tabela de Medidas:

Produto	Comprimento dos tubos	Volume Primer	French do tubo
EV-HART AIR	240 cm	15,71 ml	8F

Advertências:

- Produto de Uso único.
- Descartar imediatamente após o uso.
- Proibido reprocessar.

O tempo máximo de utilização do produto é de até 96 horas e o tempo mínimo conforme orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Não contém Látex - Livre de DEHP

Esterilização a Óxido de Etileno.

Validade: 3 Anos

Farmacêutico Responsável: Geraldo F. Gonçalves - CRF-RJ 11488

Código

Descrição do Modelo

Caixa

160.111

EV-HART AIR FILTRO 15 MICRA

150

Fabricante:

HARTMANN Indústria e Comércio de Produtos Médico-Hospitalares Ltda.

Av. Dr. Eugênio Borges, 1410 - São Gonçalo - RJ - CEP 24.751-000 - Tel.: (21) 2199-7555 - CNPJ 30.667.695/0001-20 - Inscrição Estadual 82.392.696

Indústria Brasileira - Autorização de Funcionamento ANVISA nº: 101044/8

SAC: hart@hartmann.com.br