



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



1. DADOS DO PRODUTO

Nome do Produto: PUNCH

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

TAMANHOS	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIAFÍSICO	CÓDIGO SIMPRO
2	10237610068	10.3001	233617	0272583
3		10.3003	191191	0272584
4		10.3005	459887	0272585
5		10.3007	1211447	0272586
6		10.3009	391727	0272587

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Lâmina circular de aço inox acoplada a uma haste plástica, com tampa protetora, indicado para biópsia de pele.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Matéria prima Haste: poliestireno, na cor cinza.

Comprimento haste: 8,5 cm

Matéria prima lâmina: aço inox, com tampa protetora plástica.

Dimensões lâmina:

- Altura da lâmina (profundidade): 8mm
- Diâmetros: conforme tabela abaixo

O fragmento coletado, terá aproximadamente os diâmetros abaixo, com uma variação de +/- 0,05mm.

MODELO PUNCH	DIAMETRO FRAGMENTO
02	1,55
03	2,55
04	3,55
05	4,55
06	5,55

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
PUNCH (2 AO 6)	Estéril em ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Caixa com 5 unidades	1	300

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização de biópsia de pele.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- O diâmetro do fragmento coletado corresponde ao tamanho do punch com uma variação de +/- 0,05mm.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI LTDA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira