

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**CAMPO UROLÓGICO LAMINADO 48g/m²**

Código Esterili-Med	NCM do Produto	Registro na ANVISA
1101039	30059090 – Outros	10417460002 - CLASSE I

1- Descrição do produto

CAMPO LAM 60x90cm MEDIO 48g/m² CIRURGIA UROLOGICA.

2- Utilização/Aplicação

Indicado para atender as necessidades da rotina hospitalar, no que se refere ao uso de campos cirúrgicos estéreis, proporciona uma efetiva barreira mecânica contra fluídos corpóreos e sangue, visando proteger o paciente contra riscos de contaminação externa, bem como proteger também a equipe médica e de enfermagem contra possível contaminação vinda do paciente.

3- Matéria-prima

Campo - Não tecido laminado absorvente e impermeável composto por Filme plástico de PE (Polietileno) com característica impermeável + não tecido PP (Polipropileno) com característica absorvente. Gramatura: 48g/m²

Dedil – Polímero de Polietileno (filme Plástico) de baixa densidade branco 14 MICRAS.

4- EmbalagensPrimária:

Embalado individualmente em envelope papel grau cirúrgico (embalagem pouch).

Secundária:

Caixa de Papelão (51x34x21cm)

Quantidade: 100 un/cx

Peso por caixa: aproximadamente 5kg.

5- Esterilização

Óxido de etileno.

6- Validade

03 anos a partir da data de fabricação ou até o momento em que a embalagem seja aberta e/ou danificada.

7- Condições de armazenamento e transporte

Armazenar o produto em local limpo e seco, temperatura ambiente e abrigo da luz direta. Destruir após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

8- Informações regulatórias e normativas

Boas Práticas de Fabricação implementadas com base na RDC 16/2013, abrangendo todo o processo produtivo.

Rastreabilidade do produto garantida durante todo o processo produtivo.

ESTERILI-MED IND E COM DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Rua André Aguzzoli, 10 - Bairro Bela Vista CEP 95072- 030 – Caxias do Sul – RS – Brasil

Fones: (54)3535-3818 / www.esterili-med.com.br

Responsável técnico: Eng. Roberto Daniel Angeletti CREA nº 97.879