

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 1 de 2

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CLARA COM FIO RADIOPACO

Nome Técnico: Compressa

Nome Comercial: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Clara Premium com Fio Radiopaco

Cadastro na ANVISA: 81481900011



Clara 13 FIOS/cm²
Compressas de Gaze
7,5cm x 7,5cm • 15cm x 30cm

Indicação: Para cirurgias na absorção de sangue e secreções, contenção de hemorragias e para curativos. Esterilizado por óxido de etileno. Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Conservar em local limpo e seco. Validade 5 anos com embalagem intacta.

AMED S/A • BR-135, km 628 • CEP: 35797-899 • Curvelo/MG
 CNPJ: 10.403.238/0001-11 • Indústria Brasileira
 Email: sap@amed.net.br • amed.net.br
 Responsável Técnico: Barbara P. Mendes • CRF/MG: 31.786 • ANVISA Nº 81481900011
 Produto conforme NBR 13843 ☎ 0800 606 8149 📞 38 99178 0379

PRODUZIDO NO BRASIL
 MATÉRIA-PRIMA E MÃO DE OBRA
 100% BRASILEIRA

Premium
 8 camadas
 5 dobras
 Estéril
 Com Fio Radiopaco
 Contém
 10 unidades

100% Algodão
 Alta Absorção

7 898488 480949

AMED

1- Descrição do Produto

- Tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela), alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras e oito camadas. Apresenta-se estéril e com fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo;
- Confeccionadas em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes, isentas de impurezas;
- Produto esterilizado por óxido de etileno;
- Embaladas em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico);
- Abertura asséptica em Pétala;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

2- Apresentação do Produto

- Produzidas com 5 dobras e 8 camadas;
- Densidade: 9, 11 ou 13 fios/cm²;
- Envelopes com 5, 10, 20 ou 40 unidades.
- Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm ou 10 cm x 10 cm;
- Dimensional aberta: 15 cm x 30 cm ou 20 cm x 40 cm;
- Com fio radiopaco.

3- Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa de Gaze Estéril Clara Premium com Fio Radiopaco é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias, intervenções cirúrgicas e para curativos.

4- Instrução de Uso

Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para diminuir o risco de contaminação.

	FORMULÁRIO	F-PGQ-058-A
	FICHA TÉCNICA	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 2 de 2

Retirar as compressas de gaze da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta ou em curativos de forma geral.

5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar.

6- Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de Gaze para sua utilização.

CÓPIA CONTROLADA