

DESCRIPTIVO TÉCNICO SEROASP

DT – 034; Revisão 00

Aspirador cirúrgico flexível (Seroasp) - **Registro Anvisa: 81479110034**



- Descrição, indicação e características:

Aspirador cirúrgico em PVC cristal flexível com ponteira semirrígida.

Eficaz para aspiração durante os procedimentos com ponta de aspiração flexível, para sucção de líquidos em cavidades cirúrgicas. Extensão flexível de PVC atóxico, para seu manuseio. Com conector em PVC ou silicone que permite uma melhor acoplagem da extensão no aparelho indicado.

- Composição do produto:

- PVC cristal atóxico (uso hospitalar);
- Conector graduado produzido em PVC ou PVC siliconizado atóxico (uso hospitalar);
- Comprimento de 22cm;
- Isento de látex;
- Embalagem individual;
- Esterilizado em oxido de etileno.

- Modo de Uso:

- Verifique se o modelo do produto a ser utilizado realmente se aplica a finalidade desejada;
- Verifique a integridade da embalagem do produto e o prazo de validade;
- Abra a embalagem cuidadosamente utilizando técnica asséptica de forma a não anular sua esterilização;
- Conecte a extremidade da extensão ao equipamento de aspiração cirúrgica;