


Frasco para Aspiração

-Frasco para aspiração em cavidade cirúrgica e/ou vias aéreas de baixo e alto volume em UTI e centro cirúrgico.

Descrição do produto:

- Frasco em PVC atóxico cristal
- Capacidade de 250,500,1.000,2.000,3.500
- Tampa com rosca em duas vias.
- Alça para transporte e fixação.
- Extensão em PVC atóxico (via paciente)
- Extensão em PVC atóxico (via vácuo)
- Diâmetros variados.
- Clamp corta fluxo e obturador.
- Base para sustentação.
- Opcional: Estéril ou Não estéril.



REGISTRO ANVISA: 81479119007

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CNPJ	23.596.733/0001-36
Autorização	8.14.791-1
Produto	COLETOR DE SECREÇÃO - SEROVACUUM

Modelo Produto Médico
SEROVACUUM 765 FRASCO COLETOR 250ml
SEROVACUUM 766FRASCO COLETOR 500ml
SEROVACUUM 767FRASCO COLETOR 1000ml
SEROVACUUM 768FRASCO COLETOR 2000ml
SEROVACUUM 769FRASCO COLETOR 3500ml
SEROVACUUM 770FRASCO COLETOR 5000ml
SEROVACUUM 771FRASCO COLETOR 7000ml

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	rdc serovaccum (1).pdf	2164881214 - 04/06/2021 20:04:36

Nome Técnico	Frascos Coletores
Registro	81479119007
Processo	25351389261202141
Fabricante Legal	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]